

Koste Nađa 31, 11160 Beograd
tel: + 381 (11) 34 25 934
fax: + 381 (11) 34 25 939
office@sinfofarm.co.rs
t.r.: 310-150529-64
PIB: 101718592
Beograd, 09.01.2017.

APOTEKA „MEDICA“ VELIKA PLANA

| | |
|---------------|----------------|
| Sinfofarm doo | |
| Broj: | 1L |
| Datum: | 09-01-2017 god |
| BEOGRAD | |

PREDMET: Javna nabavka medicinsko-tehničkih pomagala/RFZO
JN br. 01/2017, partija 25.

Poštovani,

Dana 29.12.2016. objavljena je konkursna dokumentacija za javnu nabavku medicinsko-tehničkih pomagala/RFZO. Partijom 25. tražena su dobra IGLA Clickfine 0.23X4mm, 0.25X6mm, 0.25X8mm i 0.33X12mm 100kom sa univerzalnim klik sistemom nametanja na pen ili odgovarajuće u ukupnoj količini 45.000 komada.

Dobra za partije 25 IGLA Clickfine 0.23X4mm, 0.25X6mm, 0.25X8mm i 0.33X12mm 100kom sa univerzalnim klik sistemom nametanja na pen ili odgovarajuće isključivo proizvodi jedan proizvođač "YPSOMED" i tražene igle na našem tržištu nudi isključivo jedan ponuđač. Oblikovanjem partije 25 neopravdano se vrši favorizaciju isključivo jednog ponuđača koji nudi Igle za pen špic Clickfine sa univerzalnim klik sistemom nametanja na pen.

Obzirom da za pen špic sa univerzalnim klik sistemom nisu registrovana penkala ni u Agenciji za lekove i medicinska sredstva u Republici Srbiji a ni u Evropskoj Uniji, pa se samim tim ne može ni nabaviti jer nije registrovano, nema potrebe favorizovati igle za pen špic sa univerzalnim klik sistemom u odnosu na pen igle na navoj drugih proizvođača za koje postoje registrovani penovi. Takođe igle za pen špic sa univerzalnim klik sistemom koriste sistem na navoj prilikom skidanja sa pena.

Drugim rečima na svetu ne postoji penkalo koje funkcioniše po sistemu "klik" već isključivo penkala koja funkcionišu na sistem navrtanja na penkalo.

Prema anketi koju smo sproveli sa korisnicima pen igala, dobili smo informacije iz prve ruke da igle sa KLIK SISTEMOM nisu odgovarajuće penkalima koja se koriste u Srbiji i koja su registrovana u Srbiji jer se moraju "IŠČUPATI" sa penkala prilikom čega može doći do uboda korisnika. Istim principom primenjivanja sile se KLIK igla za pen i stavlja na penkalo koje je na navoj.

Penkala u Srbiji su namenjena navijanju na pen jer imaju navrtnje na samom penkalu to jest tako su dizajnirani, tako da samo PEN IGLE koje imaju navrtanj na sebi mogu biti 100% odgovarajuće! Ukoliko se vodi računa o bezbednosti primene terapije od strane pacijenata i korisnika pen igala potrebno je da pacijenti koriste pen igle koje su zaista dizajnirane i odgovarajuće za penkala koje pacijenti koriste, a ne pen igle sa univerzalnim klik sistemom za koje



Koste Nađa 31, 11160 Beograd
tel: + 381 (11) 34 25 934
fax: + 381 (11) 34 25 939
office@sinofarm.co.rs
t.r.: 310-150529-64
PIB: 101718592

ne postoji registrovano penkalo kod AliMS već se koriste penkala za koja se smatra da su kompatibilna jer se moze upotreboru sile koristiti sa penkalima registrovanim na tržištu Srbije.

Takođe, kako proizvođač nema penkalo koje podržava tzv. „univerzalni klik sistem“, igle za pen špric sa klik sistemom ne mogu se pouzdano koristiti sa penovima ostalih proizvođača koji su jedino registrovani kod Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, a samim tim ni terapija koju pacijenti uzimaju koristeći igle sa klik sistemom nije pouzdana, obzirom da Igle za pen špric sa klik sistemom ne poseduju navoje kako bi bilo obezbeđeno sigurno uzimanje terapije, jer penovi svih ostalih proizvođača su namenjeni samo za pen igle sa navojem koje obezbeđuju sigurnu terapiju kod pacijenata tj. onemogućavaju curenje.

Republička Komisija za zaštitu prava je Rešenjem broj 4-00-2749/2015 od 17.03.2016. jasno navela da Naručilac tehničkim specifikacijama ne sme zahtevati patent ili tip, posebnog porekla ili proizvodnje, obzirom da je predmet nabavke pen igle ili igle za insulinski pen koji je moguće precizno odrediti, i time ograničavati konkurenčiju i jednakost ponuđača. Konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku broj 01/2017, partija 25 Naručilac je naveo patent jednog proizvođača koji je zaštićen.

Kako je partijom 25. neopravdano favorizovan isključivo jedan ponuđača koji nudi Igle za pen špric sa univerzlnim klik sistemom molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije JN br. 01/2017 za partiju 25 i preformulišete je na način da ne ograničavate konkurenčiju i ne vršite favorizaciju samo jednog ponuđača, a sve u skladu sa Zakonom o JN.

Prilog: Rešenje broj 4-00-2749/2015 od 17.03.2016.

S poštovanjem,

Direktor
Nikola Sinobad
Nikola Sinobad